

VEO® laterale toegang- en Interbody fusiesysteem

Gebruiksaanwijzing



Implantaten
Rx only



2797



NON
STERILE

ChoiceSpine, LLC
400 Erin Drive
Knoxville, TN 37919
USA

Algemene beschrijving:

Het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem is een meercomponentensysteem waaronder instrumentatie vervaardigd uit biocompatibel materiaal zoals roestvast staal, aluminium en Radel R en implantaten vervaardigd uit tantaal (ASTM F560) en PEEK (ASTM F2026).

Aanvullende bronnen

Een lichtbron is vereist die compatibel is met een ACMI-aansluiting voor gebruik met de lichtkabel voor het Stadium Mount licht

Indicaties voor gebruik:

Het VEO Lateral Access & Interbody fusiesysteem is geïndiceerd voor spinale fusieprocedures bij patiënten met volgroeid skelet met degeneratieve schijfziekte op één of twee aangrenzende niveaus van L2-S1. DDD wordt gedefinieerd als discogene rugpijn met degeneratie van de schijf bevestigd door voorgeschiedenis en radiografische studies. Deze patiënten met DDD kunnen ook spondylolisthese graad 1 of retrolithese op de betrokken niveaus hebben. Deze patiënten moeten gedurende zes maanden niet operatief zijn behandeld. Het VEO™ laterale toegang- en Interbody fusiesysteem is ontworpen voor gebruik met autogeen en/of alloegeen transplantaat samengesteld uit poreus en/of corticocancelloos bottransplantaat, en aanvullende spinale fixatie goedgekeurd voor gebruik in de lumbale wervelkolom.

Contra-indicaties:

Contra-indicaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot actieve systemische infectie, plaatselijke of spinale infectie; morbide obesitas; tekenen van plaatselijke ontsteking; koorts of leukocytose; aangetoonde allergie of vreemdlichaamgevoeligheid op implantaatmateriaal; elke medische of chirurgische conditie die het mogelijk voordeel van spinale implantaat- en/of spinale fusiechirurgie kan uitsluiten, met inbegrip van, maar niet voorbehouden tot stijging van bezinkingssnelheid van erythrocyten, onverklaarde inflammatoire/ziekteprocessen, stijging van aantal witte bloedcellen (WBC), sterke linksverschuiving in de WBC differentiële telling; vervormde anatomie wegens aangeboren of posttraumatische/postinfectieuze abnormaliteiten; condities die overmatige belasting op bot en implantaten plaatsen, zoals ernstige zwaarlijvigheid of degeneratieve ziekten, osteopenie en/of osteoporose (osteoporose is een relatieve contra-indicatie aangezien deze conditie de mate van verkrijgbare correctie, de hoeveelheid mechanische fixatie en/of de kwaliteit van het bottransplantaat kan beperken); elk geval waarbij geen bottransplantaat en fusietechniek wordt uitgevoerd of waarbij geen fractuurfixatie wordt uitgevoerd of vereist is; elk chirurgisch geval met gebruik van een combinatie van verschillende metalen van verschillende onderdelen; patiënten met onvoldoende zachtweefseldekking op de operatieplaats of waar er onvoldoende botmassa, botkwaliteit of anatomische definitie is; elk geval niet beschreven in de indicaties; patiënten wiens activiteit, mentale capaciteit, mentale ziekte, alcoholisme, drugsmisbruik, roken, beroep of levensstijl hun vermogen om postoperatieve instructies en/of richtlijnen voor beperking van activiteiten te volgen kan verstoren en die onnodig het implantaat kunnen belasten tijdens botgenezing en een hoger risico lopen voor falen van het implantaat.

Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen gelden voor onderdelen van het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem.

- Raadpleeg de handleiding Chirurgische technieken om het juiste implantaat te kiezen. De juiste selectie van het implantaat is belangrijk. De kans op toereikende ondersteuning van de anterieure kolom neemt toe door de selectie van het hulpmiddel met de juiste grootte. Hoewel de juiste selectie risico's kan helpen verminderen, vormen de grootte en vorm van menselijke botten beperkingen voor de grootte, vorm en sterkte van implantaten. Interne fixatiehulpmiddelen kunnen geen activiteitsniveaus gelijk aan deze geplaatst op normaal gezond bot weerstaan. Er kan niet worden verwacht dat een implantaat de niet ondersteunde stress van volledige gewichtsbelasting kan blijven weerstaan.
- Patiënten moeten postoperatieve instructies volgen zoals vermeld in het deel Voorzorgsmaatregelen hieronder. Bij het niet volgen van de postoperatieve instructies kan vertraagde of uitblijvende fusie het gevolg zijn. Implantaten kunnen breken wanneer blootgesteld aan de hogere belasting verbonden met vertraagde of uitblijvende fusie. Interne fixatiehulpmiddelen zijn lastverdelende hulpmiddelen die worden gebruikt om uitlijning te verkrijgen tot normale genezing plaatsvindt. Bij vertraagde of uitblijvende genezing kan het implantaat uiteindelijk breken door materiaalmoetheid. De mate of het succes van de fusie, lasten geproduceerd door gewichtsbelasting en activiteitsniveaus zullen onder andere de levensduur van het implantaat bepalen. Het implantaat moet voorzichtig worden behandeld tijdens de chirurgie. Inkepingen, krassen of buigen van het implantaat tijdens de chirurgie kan ook leiden tot vroegtijdig falen. Patiënten moet volledig op de hoogte worden gebracht van de risico's van gefaalde implantaten.



MR Magnetische resonantie-omgeving

MR-voorwaardelijk: (alleen implantaten)

Niet-klinische testen hebben aangetoond dat hulpmiddelen van het VEO Laterale Toegangs- en Interbody-fusiesysteem onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig zijn.

Een patiënt met deze hulpmiddelen, die zijn gemaakt van alleen PEEK en tantaalmarkeringen, kan onder de volgende omstandigheden veilig in een MR-systeem worden gescand:

- Statisch magnetisch veld van 1,5 Tesla (1,5 T) of 3,0 Tesla (3,0 T).
- Maximaal ruimtelijk gradiëntveld van 19 T/m (1900 G/cm).
- Maximale voor het MR-systeem gemelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) voor het gemiddelde van het gehele lichaam van 2,0 W/kg (normale bedrijfsmodus).

Bij de hierboven gedefinieerde scanomstandigheden produceert het hulpmiddel na 15 minuten continu scannen naar verwachting een maximale temperatuurstijging van minder dan of gelijk aan 2 °C. In niet-klinische testen strekt het door het hulpmiddel veroorzaakte beeldartefact zich radiaal maximaal (respectievelijk) 0,5 cm en 0,7 cm uit vanaf het hulpmiddel wanneer met een gradiënt-echo pulssequentie wordt gescand in een MR-systeem van 1,5 T en met een spin-echo pulssequentie in een MR-systeem van 3,0 T.

Voorzorgsmaatregelen

De volgende voorzorgsmaatregelen gelden voor onderdelen van het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem. Artsen die dit hulpmiddel gebruiken moeten aanzienlijke ervaring hebben in spinale chirurgie, waaronder spinale fusieprocedures. Artsen mogen dit hulpmiddel niet zelfstandig gebruiken alvorens deel te nemen aan specifieke training over gebruik ervan.

- Chirurgische implantaten mogen nooit opnieuw worden gebruikt. Een geëxplanteerd implantaat mag nooit opnieuw worden geïmplant. Hoewel een hulpmiddel onbeschadigd kan lijken, kan het kleine defecten en interne stresspatronen hebben die kunnen leiden tot vroegtijdige breuk.
- Juiste hantering van het implantaat is uiterst belangrijk en het moet altijd voorzichtig worden behandeld tijdens chirurgie. Dit implantaat mag niet worden vervormd. De opererende chirurg moet inkeping, bekrassing of achteruit buigen van de implantaten vermijden. Wijzigingen zullen defecten veroorzaken in afwerking en interne belasting waardoor het implantaat uiteindelijk zal breken.
- Post-operatieve instructies: Postoperatieve zorg en het vermogen en de bereidheid van de patiënt om instructies te volgen zijn de belangrijkste aspecten voor succesvolle botgenezing. De patiënt moet op de hoogte worden gebracht van de beperkingen van de implantaten. De patiënt moet worden aangemoedigd om zo snel mogelijk na de chirurgie te wandelen volgens tolerantie en worden opgedragen om hef- en draaibewegingen en elke deelname aan sportactiviteiten te beperken tot het bot is genezen. De patiënt moet begrijpen dat implantaten niet zo sterk zijn als normaal gezond bot en kunnen loskomen, buigen en/of breken als ze worden overbelast, vooral bij de afwezigheid van volledige botgenezing. Implantaten die zijn verplaatst of beschadigd door incorrecte activiteiten kunnen migratie naar de hulpmiddelen en schade aan zenuwen of bloedvaten ervaren.
- Postoperatieve externe immobilisatie, d.w.z. beugels en/of gipsverbanden zijn aanbevolen, naar oordeel van de chirurg, alsook een uitgebreid postoperatief fysiotherapieprogramma voor rompstabiliteit. Instructies voor de patiënt om stress op de implantaten te verminderen zijn even belangrijk voor het vermijden van klinische problemen die gepaard gaan met gefaalde fixatie en vertraagde/uitblijvende fusie.
- Neuromonitoring kan optioneel worden gebruikt op basis van voorkeur van de chirurg om de psoas spier in kaart te brengen (XL pedikelschroefsonde). Raadpleeg de handleiding Chirurgische technieken bij het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem en de instructies van de fabrikant van de XL pedikelschroefsonde voor gebruikdetails en instructies. Directe visualisatie is bedoeld om neurale monitoring als optie toe te laten.

Mogelijke bijwerkingen:

Het is mogelijk dat deze lijst niet alle mogelijke complicaties bevat die worden veroorzaakt door de chirurgische procedure zelf.

- Buigen of fractuur van implantaat
- Loskomen en/of inzakken van het implantaat
- Gevoeligheid voor implantaatmateriaal of allergische reactie op een vreemd lichaam
- Infectie, vroeg of laat
- Lage botdichtheid wegens stress shielding
- Pijn, ongemak of abnormaal gevoel door de aanwezigheid van het hulpmiddel
- Zenuwbeschade wegens chirurgisch trauma of aanwezigheid van het hulpmiddel
- Neurologische problemen waaronder darm- en/of blaasdysfunctie, impotentie, retrograde zaadlozing, radicaire pijn, aanbinden van zenuwen in littekenweefsel, spierzwakte en paresthesie
- Vasculaire schade kan resulteren in catastrofale of fatale bloeding. Slecht gepositioneerde implantaten naast grote slagaders of aders kunnen erosie van deze bloedvaten en catastrofale bloeding in de latere postoperatieve periode veroorzaken.
- Scheuren in de dura mater spinalis tijdens chirurgie kunnen verdere chirurgie vereisen voor herstel van de dura mater spinalis, een chronisch CSF-lek of fistels en mogelijke meningitis.
- Bursitis
- Paralyse
- Overlijden
- Inklemming van of schade aan ruggengraat
- Fractuur van botstructuren
- Reflex sympathische dystrofie/Complex regionaal pijnsyndroom, type I en II, waaronder dysesthesie/hypesthesie
- Als pseudoartrose plaatsvindt, kan een mechanische slijpactie plaatsvinden waardoor slijtage-deeltjes kunnen worden gegenereerd. De meeste types slijtage-deeltjes kunnen plaatselijke osteolyse veroorzaken.
- Degeneratieve wijzigingen of instabiliteit in segmenten naast gefuseerde vertebrale niveaus

Aanvullende chirurgie kan vereist zijn om sommige van deze mogelijke bijwerkingen te corrigeren.

Leveringswijze:



De hulpmiddelen van het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem worden niet-steriel geleverd en moeten vóór gebruik worden gesteriliseerd. Implantaten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Instrumenten kunnen worden herverwerkt met de aanbevolen reinigingsinstructies.

Reiniging en ontsmetting:

Alle instrumenten moeten eerst worden gereinigd met methoden aanbevolen in dit document of gevestigde ziekenhuismethoden vóór sterilisatie en herintroductie in een steriel chirurgisch veld. Bovendien moeten alle instrumenten die eerder in een steriel chirurgisch veld werden gebracht worden ontsmet en gereinigd met methoden aanbevolen in dit document of gevestigde ziekenhuismethoden vóór sterilisatie en herintroductie in een steriel chirurgisch veld. Reiniging en ontsmetting kan bestaan uit het gebruik van neutrale reinigingsmiddelen gevolgd door spoelen met gedeïoniseerd water.

NB: Bepaalde reinigingsmiddelen zoals middelen die formaline, glutaraldehyde, bleekmiddel bevatten en/of alkalische reinigers kunnen schade toebrengen aan sommige hulpmiddelen, voornamelijk instrumenten; deze middelen mogen niet worden gebruikt.

Deze hulpmiddelen zijn verpakt in een gerieflijke bus/doors. Alle hulpmiddelen moeten uit de doors worden verwijderd, geïnspecteerd en gereinigd via een van de toepasselijke methoden hieronder. Waar van toepassing, moeten instrumenten worden gedemonteerd vóór reiniging en opnieuw worden geassembleerd vóór sterilisatie. Alle hulpmiddelen moeten in de bus en doors worden geplaatst vóór stoomsterilisatie.

Aanbevolen reiniging:

De termen “Steris 444”, “Enzol™” en “Prolystica™” zijn handelsmerken van ultrasone apparatuur en reinigingsmiddelen gebruikt voor de aanbevolen reinigingsinstructies. Elke ultrasone wasmachine of equivalent ultrasoon reinigingsmiddel kan worden gebruikt volgens de instructies en etikettering van de fabrikant.

Automatische reiniging:

- Spoel het/de instrument(en) onder koel lopend leidingwater (<35 °C) om vuil te verwijderen. Gebruik een steriele injectiespuit om water door en rond de spleten, spleten en moeilijk te bereiken gebieden te spoelen.
- Gebruik zo nodig een zachte borstel om vuil te verwijderen en let op draadgangen, spleten en moeilijk te bereiken gebieden.
- Breng de instrumenten over in een STERIS 444 wastoestel met de volgende parameters. Houd de instrumenten schuin om te helpen draineren. Motorsnelheid: Hoog

Fase	Tijd (min)	Temperatuur	Reinigingsmiddel
Pre-Wash 1	1:00	Koud leidingwater	N.v.t.
Enzymspoeling	1:00	Heet leidingwater	Enzol® aan 1 oz per 1 gal water
Wash 1	2:00	60 °C	Prolystica® 2x Conc. Neutraal aan 1/8 oz per 1 gal water
Spoelen 1	1:00	Heet leidingwater	N.v.t.
Drogen	7:00	115 °C	N.v.t.

- Verwijder instrumenten en inspecteer op vuil, reinig opnieuw zo nodig

Mechanisch reinigen (ultrasoon):

- Spoel het/de instrument(en) onder koel lopend leidingwater (<35 °C) om vuil te verwijderen. Gebruik een steriele injectiespuit om water door en rond de spleten, spleten en moeilijk te bereiken gebieden te spoelen.
- Maak de Enzol® oplossing klaar van één (1) ons (29.5 ml) per één (1) gallon (3.89 l) warm leidingwater (<55 °C).
- Dompel de instrumenten gedurende minstens één (1) minuut volledig onder in het reinigingsmiddel.
- Gebruik zo nodig een zachte borstel om vuil te verwijderen en let op draadgangen, spleten en moeilijk te bereiken gebieden.
- Gebruik een steriele injectiespuit om reinigingsmiddel door en rond de spleten, spleten en moeilijk te bereiken gebieden te spoelen.
- Verwijder de instrumenten uit het reinigingsmiddel en spoel minstens één (1) minuut met koel leidingwater (<35 °C).
- Maak het ultrasone reinigingsmiddel klaar met een Enzo® oplossing van één (1) ons (29.5 ml) per één (1) gallon (3.89 l) warm leidingwater (<55 °C).
- Laad de instrumenten in de reiniger en onderwerp ze gedurende tien (10) minuten aan de ultrasoonbehandeling.
- Verwijder de instrumenten uit de reiniger en spoel gedurende minstens één (1) minuut grondig met omgekeerde osmose/gedeïoniseerd (RO/DI) water.
- Droog de instrumenten met een schone, zachte doek en gefilterde perslucht (20 psi).
- Inspecteer op vuil. Herhaal zo nodig

Handmatige reiniging:

- Spoel het/de instrument(en) onder koel lopend leidingwater (<35 °C) om vuil te verwijderen. Gebruik een steriele injectiespuit om water door en rond de spleten, spleten en moeilijk te bereiken gebieden te spoelen.
- Maak de Enzol® oplossing klaar van één (1) ons (29.5 ml) per één (1) gallon (3.89 l) warm leidingwater (<55 °C).
- Dompel de instrumenten gedurende minstens één (1) minuut volledig onder in het reinigingsmiddel.
- Gebruik zo nodig een zachte borstel om vuil te verwijderen en let op draadgangen, spleten en moeilijk te bereiken gebieden.
- Gebruik een steriele injectiespuit om reinigingsmiddel door en rond spleten, spleten en moeilijk te bereiken gebieden te spoelen.
- Verwijder de instrumenten uit het reinigingsmiddel en spoel gedurende minstens één (1) minuut grondig met omgekeerde osmose/gedeïoniseerd (RO/DI) water. Gebruik een steriele injectiespuit om te helpen spoelen.
- Droog de instrumenten met een schone, zachte doek en gefilterde perslucht (20 psi).
- Inspecteer op vuil. Herhaal zo nodig.

Zorg en hantering:

- Alle producten moeten met zorg worden behandeld. Incorrect gebruik en hanteren kan leiden tot schade en mogelijk incorrecte werking van het hulpmiddel.
- Raadpleeg ASTM-norm F1744-96, “Standaard handleiding voor zorg en hantering van roestvrij stalen chirurgische instrumenten” voor meer informatie.
- Voor gebruik moeten instrumenten worden geïnspecteerd en moet de werking worden getest om te garanderen dat de instrumenten goed werken. Als de instrumenten zijn verkleurd, losse schroeven/pennen hebben, niet uitgelijnd zijn, gebarsten

zijn, overmatige slijtage tonen of andere onregelmatigheden tonen, NIET gebruiken.

- Smeer de instrumenten om de instrumenten te beschermen tijdens sterilisatie en opslag. Dit moet worden gedaan met een in water oplosbaar, gepreserveerd smeermiddel na elke reiniging. Het smeermiddel moet een chemisch conserveringsmiddel bevatten om bacteriële groei en voorkomen en moet vervaardigd zijn met gedestilleerd water. Overmatig smeermiddel moet worden afgenomen vóór opslag en sterilisatie.

Inspectie:

De implantaten moeten worden geïnspecteerd na verwerking, vóór sterilisatie. Elk implantaat met schade, corrosie, verkleuring, krassen, resten of vuil moet worden weggegooid.

Sterilisatie:

ChoiceSpine instrumenten worden niet-steriel geleverd en moeten vóór gebruik worden gesteriliseerd. Alle verpakkingsmateriaal moet worden verwijderd vóór sterilisatie. Het is aanbevolen dat instrumenten worden gesteriliseerd met stoom door het ziekenhuis met de volgende procesparameters. (Er kunnen alternatieve methoden of cycli worden gebruikt, maar deze moeten worden gevalideerd volgens de praktijken en procedures van het ziekenhuis).

Type stoomsterilisator: Voorvacuüm

Temperatuur: 132 °C

Duur: 4 minuten

Droogtijd: 40 minuten

Alle hulpmiddelen dienen te worden ingepakt in twee lagen van enkellaags polypropyleen (Kimguard KC600 of vergelijkbaar) door middel van verschillende inpaktechnieken volgens ANSI/AAMI ST79.

Deze stoomsterilisatiecyclus wordt niet beschouwd als een standaard sterilisatiecyclus door de FDA. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om alleen sterilisators en accessoires (zoals sterilisatiewikkels of zakjes, chemische of biologische indicators en sterilisatiecassettes) te gebruiken die zijn goedgekeurd door de FDA voor de specificaties van de sterilisatiecyclus (tijd en temperatuur). Alternatieve sterilisatiemethoden of cycli kunnen worden gebruikt maar moeten worden gevalideerd volgens de ziekenhuispraktijken en -procedures. Het gebruik van een door de FDA goedgekeurd wikkel is aanbevolen om te garanderen dat de hulpmiddelen steriel blijven vóór implantatie.

Opslag en hantering:

Implantaten moeten worden bewaard in de sterilisatiebox van het implantaat in schone, droge, goed beluchte condities weg van de vloeren, plafonds en buitenmuren. Bewaar en transporteer steriele implantaten zodat de steriliteit en functionele integriteit wordt behouden. Gebruik geen implantaten als de sterilisatiewikkel is geopend, beschadigd of nat is. Implantaten moeten bedekt blijven tot ze vereist zijn om contaminatie te vermijden. Alleen implantaten die worden geïmplantieerd moeten worden gehanteerd.

Limitaties en beperkingen:

Herhaalde sterilisatie volgens deze instructies heeft een minimaal effect op hulpmiddelen van ChoiceSpine. De sterilisatieapparatuur verschilt in prestatiekenmerken en moet dienovereenkomstig worden gevalideerd. De steriliserende faciliteit is verantwoordelijk voor de validatie van de routine en controle van alle apparatuur, materiaal en personeel gebruikt in hun faciliteit om te garanderen dat de gewenste resultaten worden behaald. Deze instructies werden gevalideerd voor het steriliseren van deze implantaten en instrumenten van ChoiceSpine. Alle afwijkingen van deze procedures moeten worden geëvalueerd voor effectiviteit door de steriliserende faciliteit.

Voorlichting patiënt:

Het is essentieel dat de patiënt preoperatieve instructies krijgt. Hij/zij moet op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico's van de chirurgie en de beperkingen van het implantaat. De patiënt moet worden geïnformeerd om postoperatieve activiteit te beperken, aangezien dit het risico van gebogen, gebroken of losse onderdelen van het implantaat kan verminderen. De patiënt moet op de hoogte worden gesteld dat onderdelen van het implantaat kunnen buigen, breken of loskomen, zelfs wanneer de beperkingen inzake activiteit worden gevolgd.

Verwijderen hulpmiddel:

Als enige of alle onderdelen van het VEO posterieur pedikelschroef en haakfixatiesysteem moeten worden verwijderd, belt u ChoiceSpine op het hieronder vermelde nummer om instructies te ontvangen voor verzameling van gegevens, waaronder histopathologische en mechanische informatie en informatie over bijwerkingen.

Handleiding chirurgische technieken:

De handleiding van het VEO laterale toegang- en Interbody fusiesysteem chirurgische technieken is beschikbaar door contact op te nemen met de klantenservice van ChoiceSpine.

Let op:

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit hulpmiddel alleen door of in opdracht van een arts verkocht worden.

Productklachten:

Ontevredenheid met de productkwaliteit, etikettering of prestatie moet onmiddellijk worden gemeld aan ChoiceSpine door de klant of zorgverlener. ChoiceSpine moet verder onmiddellijk via telefoon, fax of schriftelijk worden op de hoogte gebracht van een defect in het implantaat. Bij het indienen van een klacht moeten de naam, het onderdeelnummer en partijnummer van het onderdeel worden verstrekt, samen met de naam en het adres van de persoon die de klacht indient.

Sommige onderdelen kunnen momenteel niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw ChoiceSpine vertegenwoordiger voor aanvullende informatie. De hierin besproken producten kunnen onder verschillende handelsmerken in verschillende landen beschikbaar zijn. Alle auteursrechten, en aangevraagde en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van ChoiceSpine. Neem voor meer informatie over een specifiek product of handelsmerk contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van ChoiceSpine.

Informatie:

Zie choicespine.com voor meer informatie.

Zie www.choicespine.com/patents/ voor informatie over octrooien.

Neem voor productklachten contact op met:

ChoiceSpine, LLC
Quality/Regulatory Department
400 Erin Drive
Knoxville, TN 37919

Telefoon: 865-246-3333; Fax: 865-588-4045

Neem voor aanvullende productinformatie contact op met:

ChoiceSpine, LLC
Customer Service Department
400 Erin Drive
Knoxville, TN 37919
Telefoon: 865-246-3333; Fax: 865-588-4045
customerservice@choicespine.com

EC	REP	MedPass SAS 95 bis Boulevard Pereire 75017 Paris France MedPass.ar@medpass.org Tel: +33(0)1 42 12 28 84 Fax: +33(0)1 42 12 28 83
----	-----	---

Legenda met symbolen:

Symbol	Definitie
	Niet opnieuw gebruiken
	Let op, raadpleeg de instructies voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
	Raadpleeg gebruiksaanwijzing
	Niet gebruiken als verpakking beschadigd is
	Partijnummer
	Referentienummer
	Serienummer
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide
	Gesteriliseerd door straling
	Gebruiken vóór
	Fabrikant
	Datum van productie
	Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit hulpmiddel alleen door of in opdracht van een arts verkocht worden
	Niet-steriel
	Europese medische hulpmiddelen
	Bevoegd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	MR-voorwaardelijk